

Odpowiedź na postawione pytanie dotyczące zamówienia nr 8/2011 pn. „Dostawa termocyklera z przystawką fluorescencyjną typu „real time” wraz z wyposażeniem”:

„W nawiązaniu do przetargu na: „Dostawa termocyklera z przystawką fluorescencyjną typu „real time” wraz z wyposażeniem”, nr sprawy: 8/2011, przesyłamy zapytania:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na aparat:

- z blokiem na plastiki o objętości 0,1 ml
- możliwość programowania objętości próbki w zakresie 5-50ul
- zakres temperatury bloku 4-100 st. C.
- szybkość zmian temperatury w bloku 4,6 °C/sek.
- blok grzejny 96-dółkowy złożony z 6 niezależnych bloków grzejnych umożliwiających jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 6 reagentów
- zakres temperatury ustawiania gradientu pomiędzy strefami grzejnymi: 25 °C
- dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż +/- 0,25°C w temp. 90 °C,
- równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż +/- 0,5°C
- źródło światła pojedyncza dioda LED z systemem 4 filtrów emisyjnych
- multipleks 4 kanałowy skalibrowany do czytania barwników
- FAM/SYBR Green I
- VIC/JOE
- NED/TAMRA
- ROX
- System Windows® XP”

**ODP:** W myśl zapisu art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.”

**Złożona oferta powinna być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) a oferowane urządzenie musi spełniać wymagania techniczne opisane w SIWZ.**